



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 136/2022 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/01/2023 17:49	O descriptivo do item 3 do presente edital é solicitado "Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo 25X8, 21G" a BD dispõe uma agulha de coleta 21G com a medida de 32x08mm, isso de dá pelo fato do dispositivo de segurança estar acoplado na agulha. Por entendermos que a agulha atende os demais quesitos técnicos e, por entendermos que o range do tamanho da agulha não altera a sua funcionalidade durante as coletas e, a fim de ampliar a competitividade da coleta de preços, perguntamos: Será aceita a oferta de agulhas de coleta 21G de 32x08mm?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/01/2023 17:51	O descriptivo do item 4 do presente edital é solicitado "Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo 25X7, 22G" a BD dispõe uma agulha de coleta 22G com a medida de 32x07mm, isso de dá pelo fato do dispositivo de segurança estar acoplado na agulha. Por entendermos que a agulha atende os demais quesitos técnicos e, por entendermos que o range do tamanho da agulha não altera a sua funcionalidade durante as coletas e, a fim de ampliar a competitividade da coleta de preços, perguntamos: Será aceita a oferta de agulhas de coleta 22G de 32x07mm?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
13/01/2023 17:53	No item 31, é referenciado tubo sem gel e com gel separador. Além disso observamos que o item 32 tem o descritivo similar ao 31. Pergunta 1: Devemos considerar o tubo com gel separador? Pergunta 2: O item 32 trata-se do mesmo produto do item 31?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.