



MEMO/ LABNEVES/SAER/ SEMSA Nº 12/2023
DE: LABNEVES
PARA: GERENCIA DE COMPRAS/SEMSA

Ribeirão das Neves, 16 de Janeiro de 2023.

Prezados,

Em resposta ao e-mail recebido, referente ao pregão eletrônico nº 136/2022 e processo nº 130/2022, ao qual foi solicitado esclarecimentos de alguns itens, informamos que:

Para o item 31: TUBO PARA COLETA A VACUO 8,5ML ... tamanho 16x100mm, o volume de material coletado não corresponde ao tamanho padrão de fabricação do item, o que gerar dano ao princípio da ampla concorrência. Pretendemos oferecer o item TUBO PARA COLETA A VACUO 9ML ... tamanho 16x100mm ...

Para o item 32: TUBO PARA COLETA A VACUO 8,5 ML ... tamanho 16x100, o volume de material coletado não corresponde ao tamanho padrão de fabricação do item. Pretendemos oferecer o item TUBO PARA COLETA A VACUO 8ML ... tamanho 16x100mm ...

Esclarecemos que conforme descrito o volume é aproximado de coleta e aspiração. As embalagens podem ser com quantitativos diversos, conforme autorizado pela Anvisa.

Graziela Mara Rodrigues
Gerente
Laboratório Municipal – LabNeves

Maria de Fátima Resende Leite
Referência Técnica
Laboratório Municipal – LabNeves